

Purge-and-Trap

Flüchtige organische Inhaltsstoffe in Wasser- und Feststoffproben

Vorkommen der Einzelsubstanzen in Kontaminationsarten und Stoffgruppen	Benzinbestandteile und -zusatzstoffe			Chlorierte Lösungsmittel, Trihalomethane, halogenierte Aliphate / Aromate und deren und Abbauprodukte					
	BTEXW BTEXB	FIV, VVEA	AltIV	CLMW CLMB	CLM- PERW	Triha- lome- thane FIV	FHKW FIV	LCKW VVEA	FHKW AltIV
1 Dichlordifluormethan F12							•		
2 Chlormethan							•		
3 Vinylchlorid							•		•
4 Brommethan							•		
5 Chlorethan							•		
6 Trichlorfluormethan F11							•		
7 1,1-Dichlorethen							•		•
8 Dichlormethan (Methylenchlorid)							•	•	•
9 trans-1,2-Dichlorethen							•		•
10 1,1-Dichlorethan							•		•
11 2,2-Dichlorpropan							•		
12 cis-1,2-Dichlorethen							•	•	•
13 Trichlormethan (Chloroform)							•	•	•
14 Bromchlormethan							•		
15 1,1,1-Trichlorethan							•	•	•
16 1,1-Dichlorpropen							•		
17 Tetrachlorkohlenstoff							•	•	•
18 1,2-Dichlorethan							•		•
19 Benzol		•	•						
20 Trichlorethen (Tri)							•	•	•
21 1,2-Dichlorpropan							•		•
22 Bromdichlormethan							•		
23 Dibrommethan							•		
24 cis-1,3-Dichlorpropen							•		
25 Toluol		•	•						
26 trans-1,3-Dichlorpropen							•		
27 1,1,2-Trichlorethan							•		
28 1,3-Dichlorpropan							•		
29 Tetrachlorethen (Per)							•	•	•
30 Dibromchlormethan							•		
31 1,2-Dibromethan							•		•
32 Chlorbenzol									•
33 1,1,1,2-Tetrachlorethan							•		
34 Ethylbenzol		•	•						
35 m-Xylol		•	•						
36 p-Xylol		•	•						
37 o-Xylol		•	•						
38 Styrol									
39 Isopropylbenzol									
40 Bromoform							•	•	
41 1,1,2,2-Tetrachlorethan							•		•
42 1,2,3-Trichlorpropan							•		
43 n-Propylbenzol									
44 Brombenzol									
45 1,3,5-Trimethylbenzol									
46 2-Chlortoluol									
47 4-Chlortoluol									
48 tert.-Butylbenzol									
49 1,2,4-Trimethylbenzol									
50 sec.-Butylbenzol									
51 p-Isopropyltoluol									
52 1,3-Dichlorbenzol									•
53 1,4-Dichlorbenzol									•
54 n-Butylbenzol									
55 1,2-Dichlorbenzol									•
56 1,2-Dibrom-3-Chlorpropan							•		
57 1,2,4-Trichlorbenzol									•
58 Hexachlorbutadien									
59 Naphthalin									
60 1,2,3-Trichlorbenzol									
61 Freon F113							•		
62 MTBE (Methyltertiärbutylether)			•						
63 ETBE (Ethyltertiärbutylether)									
64 1,3,5-Trichlorbenzol									
C ₅ bis C ₁₀ Aliphate			•						

Purge-and-Trap nach EPA 524.2¹ Fr. 290.-/Probe nur einzelne Substanzen (bis max. 3) Fr. 200.-/Probe

In der Purge-and-Trap-Analyse nach EPA werden standardmässig 64 flüchtige Verbindungen erfasst. Die Reihenfolge ist durch das Auftreten der Signale im Gas-Chromatogramm definiert.

Im Falle von Verunreinigungen, die durch Benzin verursacht worden sind, können 17 Substanzen und die aliphatischen Kohlenwasserstoffe C5-C10 nachweisbar sein (markierte Felder in den Spalten «BTEX»). Die BTEX-Substanzen (Benzol, Toluol, Ethylbenzol und die Xylole) bilden ein Summen-Anforderungswert sowohl in der FIV als auch in der VVEA.

Bei der Mehrzahl der Verbindungen aus der Purge-and-Trap-Analyse handelt es sich um halogenierte Kohlenwasserstoffe, zum Beispiel chlorierte Lösungsmittel (CLM), Freone, Reaktionsprodukte der Wasserchlorung (Trihalomethane), halogenierte Aromaten sowie Zwischenprodukte aus dem CLM-Abbau. In der FIV gibt es einen Toleranzwert für flüchtige Halogenkohlenwasserstoffe (FHKW), der aus der Summe aller halogenierten Substanzen mit einem Grundgerüst von 1 bis 3 C-Atomen gebildet wird. In der VVEA gibt es Höchstanforderungen für die entsprechenden Deponietypen für die Summe der chlorierten Lösungsmittel, die auch in unserem Prüfumfang **CLMB** untersucht werden.

Die Purge-and-Trap-Analytik empfiehlt sich überall dort, wo Verschmutzungen mit flüchtigen, halogenierten Verbindungen oder Kohlenwasserstoffen untersucht oder abgeklärt werden müssen. Die Liste umfasst auch alle flüchtigen, halogenierten Verbindungen der Altlastenverordnung.

Mit der Purge-and-Trap-Anreicherung können sehr tiefe Spurenkonzentrationen in Wasserproben erfasst werden. Die Bestimmungsgrenze liegt mit dieser Methode bei 0.05 µg/L je Einzelsubstanz.

Mit Head Space-GC-MS-Analytik liegt die Bestimmungsgrenze in Wasserproben bei 0.5 µg/L je Einzelsubstanz. Diese Methode wird bei den Prüfumfängen der Substanzgruppen angewandt – ausser für den Prüfumfang CLMPERW, dort wird die Purge-and-Trap-Anreicherung durchgeführt, um die Resultate (Vinylchlorid) mit den Konzentrationswerten der AltIV vergleichen zu können.

Bei Feststoffproben liegt die Bestimmungsgrenze bei 5 µg/kg je Einzelsubstanz.

¹ EPA: Environmental Protection Agency (amerikanische Umweltbehörde)